



**DYREKTOR  
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR WE WROCŁAWIU**

53-647 Wrocław, ul. Młodych Techników 61/63, tel. 71-39-40-200, fax 71-355-28-25, e-mail: [oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl](mailto:oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl)

**Wydział Zamiejscowy w Opolu**  
45-351 Opole, ul. Skromna 2, tel./fax 77 4542468, e-mail: [oum.wroclaw.opole@poczta.gum.gov.pl](mailto:oum.wroclaw.opole@poczta.gum.gov.pl)

## ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

### PRZYRZĄD POMIAROWY

Waga nieautomatyczna;

Nazwa lub znak producenta: RHEWA Waagenfabrik;

Rok produkcji: 2016;

Znak fabryczny: 82c plus;

Numer fabryczny: 163815;

Certyfikat badania typu: T 8570;

**Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.**

### OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 13 kwietnia 2026 r.

### MIEJSCE UŻYTKOWANIA

Termia s.c., ul. Budowlanych 50, 45-123 Opole.

### WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie maksymalne: Max = 30 000 kg; Działka legalizacyjna: e = 10 kg;

Obciążenie minimalne: Min = 200 kg; Działka elementarna: d = 10 kg; klasa dokładności: III

Liczba adiustacyjna „5”

### WNOSKODAWCA

P.P.H.U. "MEGA-WAG" R. Lewicki Sp. Jawna, ul. Zamkowa 20, 42-130 Wręczyca Mała – wykonawca naprawy.

### WYMAGANIA

§ 5. § 6. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

### ZAKRES SPRAWDZEŃ

§ 10. § 11. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

### MIEJSCE UMIESZCZENIA CECH

Cechę legalizacji umieszczono w postaci naklejek częściowo na tabliczce znamionowej i częściowo na obudowie miernika.

Cechy zabezpieczające w liczbie 4 w postaci naklejek umieszczono na:

- mocowaniu przewodu łączącego miernik z przetwornikiem 1 szt.,
- tabliczce z liczbą adiustacyjną 1 szt.,
- obudowie skrzynki połączeniowej przetworników 2 szt.

### LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 1 strony

### ZNAK WNOSKU

WZ7.400.181.3.2024

(OUM3.WZ7.45.181.3.2024)

Data wystawienia: 15 marca 2024 r.



z up. DYREKTORA  
NACZELNIK  
Wydziału Zamiejscowego w Opolu

*Robert Drożdż*  
mgr Robert Drożdż